

# 仕 様 書

1 件 名

無散瞳眼底カメラ購入

2 機器及び数量

無散瞳眼底カメラ 1台

3 設置場所

糸田町立緑ヶ丘病院 福岡県田川郡糸田町 3187 番地

4 物品の規格・数量等

以下で表示している規格・仕様と同等以上とする。

項目	規格・仕様等
参考品番	無散瞳眼底カメラ NW500
撮影方式	散瞳剤を使用せずに眼底撮影をすることが可能であること。
操作	コントロールレバーレスで、全ての操作をタッチパネル上で行えること。
	回転可能なタッチパネルモニターを有し、被検者の隣に立って撮影が可能であること。
	モニター上にキーボードとテンキーを表示し、ID 番号を簡単に入力することが可能であること。
オート機能	オートアライメント機能を有しており、装置の前後左右上下の位置合わせを自動で行うことができること。
	オートフォーカス機能を有しており、焦点合わせを自動で行うことができること。
	オートシャッター機能を有しており、撮影可能状態後に自動で撮影することができること。
その他機能	内部固指標が見えづらい方のために形状はドット表示の他に×印表示も可能であること。
	固視誘導のため内部固指標は上下左右任意に移動することが可能であること。

補正機能	遠視・近視の方に対応するため視度補正レンズを搭載しており、-33D～+40Dの撮影が可能であること。
出力・接続	DICOM 通信に対応しており、装置が直接 Storage/MWM/MPPS 接続する機能を有していること。
	外部接続用に LAN を備えること。
	印刷画像には、患者 I D、撮影日、左右眼情報を反映することが可能であること。
保存	撮影した JPEG 画像を USB フラッシュメモリ、共有フォルダに同時保存することが可能であること。
	保存した JPEG 画像をその場で本体モニターにて確認することが可能であること。
	保存データの表示は 1 枚表示の他に、4 枚、9 枚、16 枚のサムネイル画像表示が可能であること。
撮影可能瞳孔径	φ 2.0 mm から撮影が可能であること。
寸法	330～430 (W) × 540～680 (D) × 510～780 (H) 以下であること。
電源	AC100V、70-120VA
製品保証	納入日から 1 年以上であること。
その他	取扱説明書又は簡易取扱説明書を 1 部以上の提供を行うこと。 現場担当者にシステムの操作説明を行うこと。

5 納入期限 令和 7 年 9 月 30 日 (火) までとする。

## 6 保守対応

※保守対応については、下記項目を満たすものであること。なお契約については、本調達に含まないこととし、参考資料として「様式第 2 号見積書」を入札時に提出すること。

- ① 「様式第 2 号見積書」には、1 年間分の保守料を記入するものとする。
- ② 部品交換、機器調整作業診断、故障の修理、調整時の修復を行うこと。
- ③ 保守期間内には、定期点検を年 1 回以上行うこと。

## 7 同等品の条件

- ① 仕様書に明記されている機器の性能はこれを遵守しなければならない。一部機能を満た

さない製品等は原則として認めない。なお参考品以外の物を納入する場合には、同等品確認手順を参考に承認を得るものとする。

- ② 同等品は、製品の価格（定価など比較できる金額等とする）、規定品と材質、仕様、大きさ等が機能的、品質的に同等以上であり、かつ想定品と同等の安全性、耐久性が保障されているものを基本とする。

## 8 特記事項

- ① 入札価格には、搬入、設置、稼働テスト、当院の画像管理システム接続等すべての費用を含むこと。画像管理システム接続方法については、LAN 配線とする。ただし、画像管理システム側の接続費用は含まないものとする。
- ② 新品であること。
- ③ 品質検査が確実に実施され、安全性が確保された機器であること。
- ④ 搬入及び梱包材の廃棄等の一切の費用は、本仕様を含むものとする。また、梱包材の廃棄については、適正に処理すること。
- ⑤ 搬入時はほかの設備、備品等を損傷又は汚損した場合は、受注者側の責任において必ず復旧すること。
- ⑥ 年間を通じて故障時のための連絡体制が整備されていること。また、早急な復旧を可能とするサービス体制を有すること。
- ⑦ 納入完成時には納入検査を行う。なお、納入検査の結果、備品の全部又は一部に不合格品を生じた場合には、受注者は、直ちに当該備品を引き取り、その代替品を指定した日時までに納入するものとする。
- ⑧ 業務に関わる関係法令等を遵守すること。
- ⑨ この仕様書に記載されていない事項又は特殊な事例については、別途協議により検討するものとする。
- ⑩ 契約内容の変更が生じる可能性があるものとする。

## 9 担当部署

糸田町立緑ヶ丘病院 庶務係  
担当者 田村駿介